

# DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA

PAKET PENGADAAN	Pengadaan Ambulance Desa Sumber Makmur
Sumber Dana	APB Desa

## SPESIFIKASI KHUSUS KENDARAAN

Nama barang/merek/tipe Ambulan dengan jenis Minivan

### Spesifikasi teknis Kendaraan




No.	Parameter teknis	Spesifikasi teknis barang
Dimensi		
1	Panjang	4100 s/d 4200 Cm
2	Lebar	1650 s/d 1700. Cm
3	Tinggi (tanpa lampu)	1800 s/d 1900 Cm
4	Ground clearance	Minimal 170 cm
5	Kapasitas BBM	Minimal 45 liter
Interior		
1	Pendingin udara	Double blower
2	Audio / Media	radio / AUX / CD player
3	Sun Block Kaca	60% s/d 80%
4	Jumlah kursi	2 di depan dan 1 bangku di belakang
5	Sekat kabin dan pasien	tidak ada sekat
6	Safety Air Bag	2 untuk Pengemudi dan penumpang depan
7	Bahan Lantai	Plywood dilapis Vinyl antibacterial
Eksterior		
1	Ukuran Velg	Minimal 15 inch, bahan alloy
2	Jenis Lampu	Halogen dilengkapi Fog Lamp
3	Pintu Samping	Sistem Buka Samping
4	Pintu Belakang	Sistem Buka Atas
5	Tulisan pada body	Stiker reflektif
6	Bumper	Di belakang, bahan stainless steel
7	Warna Unit	Putih dengan tulisan merah
Mesin		
1	Suspensi	Manual Transmission 5 speed
2	Kapasitas Mesin	1500 cc
3	Tenaga	Minimal 90 HP
4	Bahan Bakar	Bensin
5	Rotation Per Minute	6000 RPM
6	Silinder	4 silinder, 16 Valve
7	Sistem keamanan	Engine Immobilizer









**SPEKTRUM STANDARD MEDIS KENDARAAN**

Penjelasan terkait standar Peralatan Medis Ambulans mengacu pada Pedoman Teknis Ambulans Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019, khususnya pada BAB III tentang Spesifikasi Teknis Ambulans Dan Kendaraan Jenazah pada Alat Kesehatan poin 3.2 . Adapun berdasarkan ketentuan rincian kebutuhan peralatan medis untuk Ambulan Desa antara lain :





## RINCIAN STANDARD KEBUTUHAN PERALATAN MEDIS

No	Item Barang/Jasa	Jumlah	Detail Spesifikasi
1	Kelengkapan Alat Pemeriksaan Umum	1 Set	Menyediakan minimal tersedia: Tensimeter, Stetoskop, Senter medis, PCBC test (tes gula darah), thermometer digital, reflex hammer
2	Kelengkapan Jalan Nafas (Airway Set)	1 Set	Menyediakan minimal tersedia: Suction Cannula, suction elektrik  OPA, NPA, Rigid Cervical Collar 
3	Kelengkapan penanganan Pernafasan	1 Set	Menyediakan minimal tersedia: Nasal Cannule, 







			<p>BVM, konektor BVM, Rebreathing dan Non Rebreathing Mask,</p>  <p>tabung oksigen 1m<sup>3</sup></p> <p>flowmeter dan humidifier</p>  
4	Kelengkapan Peralatan Sirkulasi	1 Set	<p>Menyediakan minimal tersedia:</p> <p>AED,</p>  <p>Infus Set, Cairan Infus, dan penggantung infus untuk 2 unit</p>  <p>Antiseptik gel,</p>  <p>Disposable Syringe</p>




			 Gantungan infus utk 2 buah	
5	Kelengkapan kebersihan dan sanitasi	1 Set	Menyediakan (minimal tersedia) : Alat P3K luka lengkap, 	
6	Peralatan transportasi dan evakuasi	1 Set	Wastafel cuci  Menyediakan minimal tersedia : Stretcher (deskripsikan lengkap), dan folding scoop (tandu) 	
7	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1 Set	Minimal ukuran 1kg, masa kadaluarsa minimal 2 tahun 	
8	Pencahayaan interior	1 Set	Lampu periksa tipe LED dipasang pada kabin pasien bagian belakang dan dapat berputar 2 buah Lampu Sorot untuk belakang	
9	Tempat Penyimpanan Peralatan	1 Set	Lemari kompartemen dengan bahan berlapis akrilik	



			 <p>Gantungan infus utk 2 buah</p>	
5	Kelengkapan kebersihan dan sanitasi	1 Set	 <p>Menyediakan (minimal tersedia) : Alat P3K luka lengkap, Wastafel cuci</p>	
6	Peralatan transportasi dan evakuasi	1 Set	 <p>Menyediakan minimal tersedia : Stretcher (deskripsikan lengkap), dan folding scoop (tandu)</p>	
7	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1 Set	 <p>Minimal ukuran 1kg, masa kadaluarsa minimal 2 tahun</p>	
8	Pencahaya interior	1 Set	<p>Lampu periksa tipe LED dipasang pada kabin pasien bagian belakang dan dapat berputar 2 buah Lampu Sorot untuk belakang</p>	
9	Tempat Penyimpanan Peralatan	1 Set	<p>Lemari kompartemen dengan bahan berlapis akrilik</p>	



10	Kelistrikan	1 Set	Minimal tersedia 3 DC electric plug untuk kebutuhan medis
11	Kebersihan dan limbah medis	1 Set	Wastefel untuk cuci dan tempat penyimpanan limbah
12	Sistem Komunikasi dan Lampu sirine	1 set	Standard untuk ambulans
			

#### SPEKIFIKASI LAYANAN PURNA JUAL

Garansi Unit	Minimal 3 (tiga) tahun
Garansi Sparepart mobil	Minimal 3 (tiga) tahun
Layanan Pemeliharaan terhadap alat medis	Ada / Tidak
Layanan Servis berkala kendaraan	6 (enam) bulan sekali terhadap strecher Ada / Tidak
Ketersediaan Servis resmi	6 (enam) bulan sekali Di Sampit, dan ketersediaan spare part genuine pada bengkel di kota Sampit
Pembuatan Karoseri	Produksi dalam negeri (bukan import)
Plat Kendaraan	Kendaraan Dinas Plat Merah
Administrasi	STNK dan BPKB paling lambat 3 bulan setelah serah terima unit

Sumber Makmur, 02 April 2024

Disusun oleh  
Kasi Kesejahteraan/Pelayanan

Ditetapkan oleh  
Kepala Desa Sumber  
Makmur

SURATMAN

